



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 865026 /08

Действительно до
22 августа 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой модель UA-705, № 48476-11
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5170200473
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, размер

в составе —
наименование единиц хранения, анализаторов измерений, на которых поверено средство измерений

номер знака предыдущей поверки —
наименование или обозначение документа

поверено в полном объеме
наименование или обозначение документа

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, размер

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДЦД.0008.2018
класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих
факторов: t= 22,0 °C p= 102,1 кПа φ= 53 %
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
исключает зачеркнуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки 1 ддд 9
Г

Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
23 августа 2019 г.