



ООО «Казанский ЦСМ»  
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 927291 /08

Действительно до  
02 сентября 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления  
наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой серии UB, модель: UB-202, № 68503-17  
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5190613501-5190616000

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме  
наименование единиц величин, величины измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители  
наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»  
на основании которого выполняется поверка


с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, размер

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018  
класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 21,2 °C p= 101,5 кПа φ= 50 %  
перечень значимых факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
необязательно

признано пригодным к применению.



Знак поверки ДДД 9

Главный метролог Ярыгин Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагудинов Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки  
03 сентября 2019 г.