



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 915330 /08

Действительно до
28 августа 2020 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой модель UA-911BT-C, № 50726-12

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5170500471

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДЦ.0008.2018

класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих


факторов: t= 21,6 °С p= 102,3 кПа φ= 48 %

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

или иное замечание

признано пригодным к применению.



Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки
29 августа 2019 г.