



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 949704 /08

Действительно до
04 сентября 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой модель: UA-911BT-C, № 69151-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5181000001-5181000200

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

заключительное значение показаний, дельта/погрешность измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выдана поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДЦД.0008.2018

класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: $t = 21,6 \text{ } ^\circ\text{C}$ $p = 100,4 \text{ кПа}$ $\varphi = 42 \text{ } \%$

прочие влияющие факторы, нормированные в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (перiodической) поверки

необходимо зачеркнуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки

05 сентября 2019 г.