



ООО «Казанский ЦСМ»  
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 969409 /08

Действительно до  
02 октября 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления  
наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой серии UB, модель UB-202, № 33701-12

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утилизации типа

заводской (серийный) номер 5170606166

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, диапазонов измерений, по которым поверено средство измерений

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДЦД.0008.2018

класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 22,7 °C p= 101,1 кПа φ= 50 %

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

поуказание зачеркнуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки

03 октября 2019 г.