



ООО «Казанский ЦСМ»  
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 272972 /07

Действительно до  
13 августа 2020 г.

Средство измерений Термометр электронный инфракрасный

наименование, тип, модификация средства измерений

модель DT-635, № 47313-11

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер L 1906023809

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МИ 3556-2016 «ГСИ. Термометры

наименование или обозначение документа

медицинские электронные инфракрасные. Методика поверки

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы температуры

регистрационный номер в (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

1 разряда в диапазоне значений от 0 до плюс 60 °С, 3.2. ДДД.0007.2018

класс или погрешность эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов:  $t_{\text{возд}} = 21,1 \text{ } ^\circ\text{C}$   $p = 102,2 \text{ кПа}$   $\varphi = 42 \text{ } \%$

перечень дополнительных факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

популярное значение

признано пригодным к применению.



Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки  
14 августа 2019 г.