



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 272988 /07

Действительно до
13 августа 2020 г.

Средство измерений Термометр электронный инфракрасный

модель DT-635, № 47313-11

заводской (серийный) номер L 1906023825

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

в соответствии с МИ 3556-2016 «ГСИ. Термометры

медицинские электронные инфракрасные. Методика поверки»

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы температуры

I разряда в диапазоне значений от 0 до плюс 60 °С, 3.2. ДДД.0007.2018

при следующих значениях влияющих факторов: $t_{\text{жид}} = 21,1 \text{ } ^\circ\text{C}$ $p = 102,2 \text{ кПа}$ $\varphi = 42 \text{ } \%$

и на основании результатов первичной (нериодической) поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки
14 августа 2019 г.