



# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 31 47 E-mail: vniofi@vniofi.ru  
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»  
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ № RA.RU. 311485

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке  
Э000347070/19-М

Действительно до  
«12» августа 2021 г.

Средство измерений **Термометр электронный модель DT-624,**

наименование, тип, модификация средства измерений,

**регистрационный №66940-17**

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер

**B190500114**

в составе

-

номер знака предыдущей поверки

-

поверено

**в полном объеме**

наименование единицы величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с

**МИ 3555-2016**

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов:

**3.1.ZZA.0007.2015**

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов:

**температура воздуха 21,0 °С;**

**относительная влажность 45 %; атмосферное давление 99,7 кПа**

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов

**первичной ( периодической ) поверки признано**

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог



Поверитель

Негода Сергей Николаевич

Дата поверки

**«13» августа 2019 г.**

Грязских Наталия Юрьевна