



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1035636 /08

Действительно до
29 октября 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
наименование, тип, модификация средства измерений,

и частоты пульса цифровой серии UB, модель UB-505, № 33701-12
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5150100976

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
наименование или обозначение документа,

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018
класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 21,6 °C p= 102,8 кПа φ= 57 %

перечень значений факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
полюсов измерений

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
30 октября 2019 г.