



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 31 47 E-mail: vniiofi@vniiofi.ru
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ № RA.RU. 311485

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке
Э000669960/19-М

Действительно до
«10» октября 2021 г.

Средство измерений **Термометр электронный модель DT-501,**

наименование, тип, модификация средства измерений,

регистрационный №66940-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер

B181200393

в составе

-

номер знака предыдущей поверки

-

поверено

в полном объеме

наименование единицы величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с

МИ 3555-2016

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов:

3.1.ZZA.0007.2015

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов:

температура воздуха 21,0 °С;

относительная влажность 42 %; атмосферное давление 98,6 кПа

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов

первичной (периодической) поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог



Поверитель

Негода Сергей Николаевич

Сляднева Татьяна Георгиевна

Дата поверки

«11» октября 2019 г.