



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1051652 /08

Действительно до
05 ноября 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления,
наименование, тип, модификация средства измерений

модель: UA-100, № 65004-16

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер B190800001-B190818000

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, действительных измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер в (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2. ДДД.0008.2018
класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 21,6 °C p= 100,8 кПа φ= 57 %
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
наименование эталона

признано пригодным к применению.

Знак поверки



Главный метролог

Ярыгин

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Замалеев

Замалеев Камилль Исмагилович

Дата поверки
06 ноября 2019 г.