



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1061240 /08

Действительно до

13 ноября 2021 г.

Средство измерений

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса

наименование, тип, модификация средства измерений

цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер

5190711814

в составе

номер знака предыдущей поверки

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, делящихся измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с

Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнено поверка

с применением эталонов:

Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, размер,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД 0008.2018

класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов:

t= 21,7 °C

p= 101,3 кПа

φ= 47 %

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов

первичной (периодической)

поверки

необязательное зачеркнуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки

14 ноября 2019 г.