



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1061255 /08

Действительно до
 13 ноября 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса

наименование, тип, модификация средства измерений,

цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5190711829

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначения документов,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнено поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, размер,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2. ДДД.0008.2018

класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 21,7 °C p= 101,3 кПа φ= 47 %

перечень аддитивных факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

показание этернуит

признано пригодным к применению.

Знак поверки



Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки

14 ноября 2019 г.