



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1061268 /08

Действительно до
13 ноября 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса
наименование, тип, модификация средства измерений,

цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5190711842

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнялся акт поверки

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, размер,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018

класс или погрешность эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 21,7 °C p= 101,3 кПа φ= 47 %

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

нужно зачеркнуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки



Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки

14 ноября 2019 г.