



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1069024 /08

Действительно до
 19 ноября 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса
цифровой, тес, модификация прибора «Артэкс»

цифровой серия UA, модель: UA-604, № 68813-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при учете знака типа

заводской (серийный) номер 5190807001-5190810200

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
включительно единиц измерения, дельтовых измерений, в которых поверка прибора измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
напряжения или обмоточные дозиметры,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выдана поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер в (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД.0008.2018
класс для верности, эталон, применяемый при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 21,2 °C p= 101,5 кПа φ= 41 %
первичный, вторичный факторы, измеренные в процессе поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
по методу верности

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагуддинов Ринат Закирович

Дата поверки
 20 ноября 2019 г.