



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1146365 /08

Действительно до
28 декабря 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления,
наименование, тип, модификация средства измерений

модель: UA-100, № 65004-16

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер G191100001-G191105000

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, единиц измерения, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018

класс или погрешность эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: $t = 22,4 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $p = 101,8 \text{ кПа}$ $\varphi = 50 \%$

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

необязательно зачеркнуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки

29 декабря 2019 г.