



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1194221 /08

Действительно до
19 января 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

наименование, тип, кодификация средства измерений

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-705, № 68813-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191101822

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначения документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018

класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 21,4 °C p= 102,3 кПа φ= 44 %

перечень влияющих факторов, учтенных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

выполнен зачеркнуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки



Главный метролог г

Поверитель Р.А.

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
20 января 2020 г.