



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1194226 /08

Действительно до
19 января 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-705, № 68813-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191101827

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2. ДДД.0008.2018
класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 21,4 °C p= 102,3 кПа φ= 44 %
перечень влияющих факторов, учитываемых в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
наименование зачтутости

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
20 января 2020 г.