



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1194237 /08

Действительно до
20 января 2022 г.

Средство измерений

Прибор для измерения артериального давления

наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-705, № 68813-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (с серийный) номер 5191101795

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, диапазоны измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с

Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполняется поверка

с применением эталонов:

Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер в (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДЦ.0008.2018

класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов:

$t = 21,6 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$p = 102,3 \text{ кПа}$

$\varphi = 47 \text{ }^{\circ}$

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов

первичной (периодической)

поверки

необходимо зачеркнуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель



Handwritten signature of the metrolog

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки

21 января 2020 г.