



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1194255 /08

Действительно до
20 января 2022 г.

Средство измерений

Прибор для измерения артериального давления

наименование, тип, модификация средства измерения

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-705, № 68813-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191101813

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерения

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование КСИ, обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнялась поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДД.0008.2018

клас или погрешность эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: $t = 21,6 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $p = 102,3 \text{ кПа}$ $\varphi = 47 \%$

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

неужное зачеркнуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
21 января 2020 г.