



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1194258 /08

Действительно до
20 января 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-705, № 68813-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191101816

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, диапазоны измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер в (гос) наименованием, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДЦ.0008.2018

класс или погрешность эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 21,6 °C p= 102,3 кПа φ= 47 %

перечислять факторы, поразивающих в документе на метрологическую поверку, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

служит зачеркнуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки 2 ДДЦ 0

Главный метролог А.В. Ярыгин

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Р.З. Сагудинов

Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки
21 января 2020 г.