



ООО «Казанский ЦСМ»  
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1212836 /08

Действительно до  
 28 января 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

наименование, тип, модификация средства измерений,

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191109001-5191113790

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, размер,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018

класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 22,3 °C p= 101,8 кПа φ= 54 %

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

службам завернуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки



Главный метролог

*Handwritten signature of Artyom Yarygin*

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

*Handwritten signature of Rinat Sagutdinov*

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки  
 29 января 2020 г.