



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1221078 /08

Действительно до
05 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой серии UB, модель: UB-202, № 68503-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191136001-5191137000
наименование адреса изготовителя, даты выпуска измерений, на которых поверено средство измерений

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
наименование адреса изготовителя, даты выпуска измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018
класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,3 °C p= 101,6 кПа φ= 50 %
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанным их значением

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
наименование зачтено

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Артём Ярыгин Ярыгин Артём Валерьевич

Поверитель Ринат Сагутдинов Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
06 февраля 2020 г.