



ООО «Казанский ЦСМ»  
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1221079 /08

Действительно до  
 05 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления  
наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой серии UB, модель: UB-202, № 68503-17  
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191123001-5191124500

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме  
наименование единиц в слесочной, динамической или иной поверочной, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители  
наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»  
на основании которого выполнено поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2. ДДД.0008.2018  
класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,3 °C p= 101,6 кПа φ= 50 %  
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанным их значением

и на основании результатов первичной (нериодической) поверки  
необходимо зачеркнуть

признано пригодным к применению.



Главный метролог Артём  
 Поверитель Ринат

Ярыгин Артём Валерьевич

Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки  
 06 февраля 2020 г.