



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300712 /08

Действительно до
25 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

манжетный, тип, модификация прибора измерений,

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17

регистрационный номер в Государственном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при выпуске изделия

заводской (серийный) номер 5191210441

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

использованы стандарты измерений, действующие на территории Российской Федерации

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

артериального давления неинвазивные, Методика поверки»

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

по первичной установке показаний измерителя

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, ГСИ, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018

класс или категория эталона, примененная при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 23,2 °C p= 102 кПа φ= 67 %

перечень влияющих факторов, учтенных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

выпущеной измеритель

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
26 февраля 2020 г.