



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300713 /08

Действительно до
25 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

неинвазивные, тес, модифицированные приборы

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191210442

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, величины измерений, на которые поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

давления для обеспечения документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнено поверение

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер в (МЭИ) наименования, тес, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018

класс или категория эталонов, действующие при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 23,2 °C p= 102 кПа φ= 67 %

перечень влияющих факторов, перечисленных в документе на задание поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

погрешности измерения

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Г

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Р.З.

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
26 февраля 2020 г.