



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300717 /08

Действительно до  
25 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

пневмоманометр, тип, модификация средства измерений,

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191210446

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

технические адреса выходов, диапазоны измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании исторического вычисления поверки

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДЦ.0008.2018

класс или точность эталона, применяемая при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 23,2 °C p= 102 кПа φ= 67 %

перечень факторов, влияющих на результаты измерений, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

или типа измерений

признано пригодным к применению.

Знак поверки



Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки  
26 февраля 2020 г.