



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300718 /08

Действительно до
 25 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
цифровым, тип, модификация средства измерения,

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191210447

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
наименование адреса заказчика, адреса или измерения, на которых поверено средство измерения

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выдана поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер в (СИ) Российской Федерации, тип, номинальный номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2. ДДД.0008.2018
тип или наименование эталона, присвоенный при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 23,2 °C p= 102 кПа φ= 67 %
перечень влияющих факторов, измеренных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
методом измерения

признано пригодным к применению.

Знак поверки
 Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
 26 февраля 2020 г.