



ООО «Казанский ДСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300721 /08

Действительно до
 25 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
манжеточный, т.е. модифицированное средство измерений

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191210450

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
на соответствие метрологическим характеристикам, указанным в документах

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
манжеточные или оборотные давления

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на соответствие метрологическим характеристикам

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер в (ФГИС) информационном фонде по обеспечению единства измерений

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018
класс или категория эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 23,2 °C p= 102 кПа φ= 67 %
прочие влияющие факторы, учитываемые в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (перидиической) поверки
нагрузочные манометры

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Ярыгин Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагутдинов Сагутдинов Ринаг Закирович

Дата поверки
 26 февраля 2020 г.