



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300722 /08

Действительно до
25 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
пальцевидное, ртут., микрофлюиды пружины измерительной,

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при выпуске из производства

заводской (серийный) номер 5191210451

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
пальцевидное устройство измерения, предназначенное для измерения

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
пальцевидные для обеспечения единства,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании авторского свидетельства

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер в ОСПИ: Р 1323565.2.001-2018, ртут., манометр, раздел,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДЦД.0008.2018
класс или категория эталона, применяемая при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 23,2 °C p= 102 кПа φ= 67 %
парочка влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, и указание их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
методом поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог А.Е. Ярыгин Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Р.З. Сагутдинов Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
26 февраля 2020 г.