



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300725 /08

Действительно до
25 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
медицинское, тип, модификация средства измерений,

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191210454
идентификация единиц измерения, дилерские измерения, на которых поверено средство измерений

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
поверено в полном объеме

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
применяемые при поверке

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
по состоянию на дату поверки

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер в (СИ) информационном фонде, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018
номер СИ по решению эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 23,2 °C p= 102 кПа φ= 67 %
перечень воздействующих факторов, перечисленных в документе по методике поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
по плану поверочных работ

признано пригодным к применению.

Знак поверки 

Главный метролог Г Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Р.З. Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
26 февраля 2020 г.