



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300726 /08

Действительно до  
25 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

цифровой, тип, модификация средств измерений,

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191210455

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

использованы методы измерений, метрологические поверки, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

напряжения или тока, сопротивления, на которых поверено средство измерений

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДЦ.0008.2018

класс или категория эталона, присвоенный при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 23,2 °C p= 102 кПа φ= 67 %

перечень значений факторов, перечисленных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

или иного результата

признано пригодным к применению.

Знак поверки



Главный метролог

*Handwritten signature of Artem Valeryevich Yarygin*

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

*Handwritten signature of Rinat Zakirovich Sagutdinov*

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки

26 февраля 2020 г.