



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300727 /08

Действительно до
25 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
первичном, тип, модификация средства измерений,

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191210456

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
наименование единиц измерения, единиц измерения измерений, на которые поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки
на основании которого выполнено поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, модификация, уровень, устр. код,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДЦД.0008.2018
знак или наименование эталона, присвоенная при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 23,2 °C p= 102 кПа φ= 67 %
перечень влияющих факторов, измеренных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
тип или вид поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Яругин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
26 февраля 2020 г.