



ООО «Казанский ДСМ»  
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300733 /08

Действительно до  
 25 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления  
пальчиковый, тип, модификация средства измерения

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17  
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191210462

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме  
наименование единиц измерения, величины измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители  
наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки  
на основании истории выполнения поверок

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, марка

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018  
код или краткость эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 23,2 °C p= 102 кПа φ= 67 %  
перечень влияющих факторов, перечисленных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
методика измерения

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки  
 26 февраля 2020 г.