



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300734 /08

Действительно до
 25 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

цифровой, тип, модификация средства измерений,

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17

регистрационный номер в Федеральном информационном банке по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191210463

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование класса точности, диапазона измерений, на которых измерено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

артериального давления неинвазивные, методика поверки,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании вступившего в силу

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДЦ.0008.2018

или код поверочной таблицы, присвоенный при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 23,2 °C p= 102 кПа φ= 67 %

температура, влажность факторов, предусмотренных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

методика поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки



Главный метролог

Поверитель

Арт
РЗ

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
 26 февраля 2020 г.