



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300735 /08

Действительно до
 25 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
пальцевидное, тип, идентификация средств измерений,

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17
регистрационный номер в Государственном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191210464

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме
обыкновенные измерительные инструменты, специальные измерители, не входящие в перечень средств измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
пальцевидные для обеспечения единства

артериального давления неинвазивные. Методика поверки
на основании истории выполнения поверки

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) идентификация, тип, модельный номер, серия

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2. ДДД.0008.2018
класс точности эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 23,2 °C p= 102 кПа φ= 67 %
перечень влияющих факторов, описываемых в документе по методике поверки, в указанных их значениях

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
наилучшее значение

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Ярыгин Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагудинов Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки
 26 февраля 2020 г.