



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300736 /08

Действительно до
 25 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

цифровой, с инфлуоресцентной подсветкой экрана

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191210465

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

информационное средство измерения, диапазон измерений, по которому поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

артериального давления неинвазивные

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

по описанию, которого выполнено измерение

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер в (СИ) информационном фонде, значение, размер

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДЦД.0008.2018

критерий пригодности эталона, применяемый при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t = 23,2 °C p = 102 кПа φ = 67 %

первичный стандартный фактор, истинное значение в документе на метрологический размер, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

получен за период

признано пригодным к применению.

Знак поверки 2 ДЦД 0

Главный метролог Г

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель РЗ

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
 26 февраля 2020 г.