



ООО «Казанский ЦСМ»  
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300739 /08

Действительно до  
 25 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191210468

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, диапазоны измерений, на которые поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, метод

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018

класс или категория эталона, присвоенных при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 23,2 °C p= 102 кПа φ= 67 %

перечень значений факторов, рассмотренных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (первичной) поверки

показана точностью

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель



*Handwritten signatures of the metrologist and verifier*

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки  
 26 февраля 2020 г.