



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300742 /08

Действительно до
25 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
измерительное, т.е., модифицированное средство измерений,

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191210471

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
измерительное средство является эталоном измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
измерительное или обобщенное документ,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выдана поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер в (ФГИ) измерительное, т.е., эталонное измерение, метрол.


3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД.0008.2018
класс или погрешность эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 23,2 °C p= 102 кПа φ= 67 %
перечень влияющих факторов, учитываемых в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
исполнен документ

признано пригодным к применению.

Знак поверки 

Главный метролог 

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель 

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
26 февраля 2020 г.