



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300744 /08

Действительно до
25 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

манжетное, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191210473

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, dimensions и единиц, на которых поверено средство измерений

в соответствии с

Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер в (ФГИС) Наименование, тип, заводской номер, марка

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018

класс или категория эталона, присвоенная при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов:

t= 23,2 °C

p=

102

кПа

φ=

67 %

перечень значений факторов, нормируемых в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов

первичной

(нериодической)

поверки

методом измерения

признано пригодным к применению.

Знак поверки



Главный метролог Г

Поверитель

Арт
Р.З.

Ярыгин Артём Валерьевич

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки

26 февраля 2020 г.