



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300745 /08

Действительно до
 25 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191210474
наименование адрес: вышест. организации, на которую поверено средство измерений

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
наименование адрес: вышест. организации, на которую поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки
на основании которого выдана поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДЦД.0008.2018
наименование или обозначение документа, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 23,2 °С p= 102 кПа φ= 67 %
наименование факторов, примененных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
наименование результатов

признано пригодным к применению.

Знак поверки  

Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
 26 февраля 2020 г.