



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300746 /08

Действительно до  
25 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления  
пальцевое, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17  
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191210475

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме  
пальцевое, классы точности, диапазон измерения, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители  
периодически изданные документы

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»  
на основании которого выдан класс точности

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДЦЦ.0008.2018  
класс или группа точности эталона, присвоенная при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 23,2 °С p= 102 кПа φ= 67 %  
перечень влияющих факторов, применяемых в документе на методику измерений, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
популяции измерений

признано пригодным к применению.

Знак поверки 

Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки  
26 февраля 2020 г.