



ООО «Казанский ЦСМ»  
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300748 /08

Действительно до  
 25 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления  
манжетное, тип, модификация средств измерений,

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17  
регистрационный номер в Федеральном информационном банке по обеспечению единства измерений, присвоенный при выпуске изделия

заводской (серийный) номер 5191210477

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме  
использованы средства измерений, диапазоны измерений, на которых измерено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители  
манжетного или обжимного типа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»  
на основании методики выполнения поверки

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
регистрационный номер в ФГИС «ГСИ» выданного, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДЦ.0008.2018  
как для выполнения эталонов, примененных при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 23,2 °C p= 102 кПа φ= 67 %  
значения всех этих факторов, влияющих в документе на метрологический с указанным их значением

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
исполнено документально

признано пригодным к применению.

Знак поверки    
 Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель  Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки  
 26 февраля 2020 г.