



ООО «Казанский ЦСМ»  
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300751 /08

Действительно до  
 25 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления  
неинвазивный, т.е., микрофонная крышка измерений

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17  
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191210480

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме  
полностью все элементы измерений, на которые поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители  
неинвазивные для измерения давления

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»  
на основании утвержденного метода поверки

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
регистрационный номер и (или) наименование, т.е., заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018  
класс или погрешность эталона, применяемый при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 23,2 °C p= 102 кПа φ= 67 %  
перечень дополнительных факторов, влияющих на результат измерения, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
методом измерения

признано пригодным к применению.

Знак поверки



Главный метролог

*Ярыгин*  
*Сагуддинов*

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагуддинов Ринат Закирович

Дата поверки  
 26 февраля 2020 г.