



ООО «Казанский ЦСМ»  
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300752 /08

Действительно до  
 25 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления  
пальцевание, тип, модификация средства измерений,

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191210481

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

использованы единицы измерения, единицы измерения, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

пальцевание для измерения давления,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки

на основании истории выполнения поверки

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер в ГСИ) (пальцевание, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018

класс или разрядность эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 23,2 °C p= 102 кПа φ= 67 %

перечень влияющих факторов, использованных в документе по методике поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (нериодической) поверки

показание измерителя

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Г

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Р.З.

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки  
 26 февраля 2020 г.