



ООО «Казанский ЦСМ»  
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300753 /08

Действительно до  
25 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления  
периодичность, тип, модификация средства измерений,

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17  
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, государственный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191210482

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме  
наименование единиц измерения, диапазона измерения, по которому поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители  
наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»  
на основании которого выполнено поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
регистрационный номер в (СИ) национальных, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018  
класс или точность эталона, периодичность при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 23,2 °C p= 102 кПа φ= 67 %  
перечень влияющих факторов, примененных в процессе поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
способ измерения

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Г

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Р.З.

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки  
26 февраля 2020 г.