



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300754 /08

Действительно до
 25 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
гидродетектор, тип, модификация прибора измерений

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при выпуске из производства

заводской (серийный) номер 5191210483

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме
наименование средств измерений, диапазоны измерений, по которым поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
наименование государственного стандарта

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер в (или) наименования, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018
наименование эталона, присвоенный при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t = 23,2 °C p = 102 кПа φ = 67 %
наименование факторов, примененных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
тип вида поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки  Арт
 Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель РЗ Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
 26 февраля 2020 г.