



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300756 /08

Действительно до
 25 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191210485

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, диапазона измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование для обеспечения единства

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выдано свидетельство

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер в (СИ) наименования, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД 0008.2018

класс или погрешность эталона, присвоенный при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: $t = 23,2 \text{ } ^\circ\text{C}$ $p = 102 \text{ кПа}$ $\varphi = 67 \text{ \%}$

директоры федеральных центров, регистрируемых в соответствии со статьей 10 Федерального закона

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

по своим характеристикам

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
 26 февраля 2020 г.