



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300760 /08

Действительно до
25 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

электронное, т.е. микропроцессорное средство измерений

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191210489

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

выполнение работ в соответствии с требованиями стандарта, в том числе поверки средств измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

артериального давления неинвазивные

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании утвержденных правил

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер в (ФГИС) Информационный фонд, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДЦ.0008.2018

класс для применения эталонов, присвоенный при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: $t = 23,2 \text{ }^\circ\text{C}$ $p = 102 \text{ кПа}$ $\varphi = 67 \text{ } \%$

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

исполнение работ

признано пригодным к применению.

Знак поверки



Главный метролог

Поверитель

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки

26 февраля 2020 г.