



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300761 /08

Действительно до
 25 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

цифровой, тип, модификация средства измерений,

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17

регистрционный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191210490

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

температурное значение влажности, номинальная температура, на которую поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

высокочастотных или обыкновенных давления,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на соответствие критериям выполнения поверки

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

рабочий эталон в виде манометра, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018

класс или наименование эталона, применяемый при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 23,2 °C p= 102 кПа φ= 67 %

температура окружающей среды, влажность воздуха в документе на методику поверки, с эталоном извне

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

по указанным условиям

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель



Handwritten signatures

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
 26 февраля 2020 г.